



AIT500 Pirometr



Temperatura sprzętu HVAC



Temperatura powierzchni żywności



Temperatura piekarnika

Model	AIT500
Zakres pomiaru	-50°C~500°C (-58°F~932°F)
Dokładność	-50°C~0°C:(2°C+0.1°C/c)0°C~500°C:±2°C lub ±2%
Stosunek odległości do punktu (D:S)	12: 1
Czas reakcji	≤250ms(95% odbioru)
Emisyjność	0.1-1.0 (regulowane; domyślnie 0.95)
Temperatura pracy	0°C~50°C